

Laboratorio de Química Analítica II

Titulación de Mohr

Karl Friedrich Mohr fue uno de los que más luchó por superar las dificultades de la volumetría. Estudió con Heinrich Rose y Leopold Gmelin, predecesores de Bunsen en Heidelberg. Mohr heredó de su padre una farmacia en 1830 y en su tiempo libre experimentaba con diferentes procedimientos volumétricos. Al no pertenecer a una academia nunca fue considerado como científico en Alemania, a pesar de sus múltiples contribuciones a la volumetría. Introdujo el uso del cromato de potasio com indicador interno para la determinación del cloruro (método de Mohr), del ácido oxálico como estándar primario en alcalimetría, del sulfato ferroso amoniacial (sal de Mohr) como estándar de agentes oxidantes,

El análisis químico clásico

Charles M. Beck*




*National Institute of Standards and Technology.
Tomado de: *Analytical Chemistry*, Vol. 66, No.4, Feb. 15, 1994. Traducción de José L. Córdova F.



ContactoS 2, 14–26 (1994)

Titulación con indicación visual



titulación con monitoreo potenciométrico convencional




Figura 14-1 Esquema del montaje de una celda galvánica con plata y electrodos de calomel saturados.

titulación con monitoreo potenciométrico convencional





Fig. 12–8. Dispositivo típico para la titulación potenciométrica de ion cloro con ion plata(I).

FQ UNAM Alejandro Baeza 2007

J.G. Dick






Figura L.26





Figura L.25

Propuesta: microcelda multifuncional sin puente salino:





FQ UNAM Alejandro Baeza 2007




- FQ UNAM Alejandro Baeza 2007



TO: TITULACIÓN DE CLORUROS

*A

Vol. (mL)	E (mV)	p _e
0		
0.1		
0.2	319	5.31666667
0.3	322	5.36666667
0.4	328	5.46666667
0.5	355	5.91666667
0.6	527	8.78333333
0.7	548	9.13333333
0.8	559	9.31666667
0.9	567	9.45
1	574	9.56666667




ELECTROQUÍMICA
ANALÍTICA*

FE 12 FEB 2003 3F

ALEJANDRO BAEZA

ET:Ag ER:Cu
KI : 0.24mL 0.1M
KBr :0.24mL 0.1M
KCl:0.24mL 0.1M
Elizabeth Gutiérrez Meza
12/02/2003



TITULACION DE HALOGENUROS A MICROESCALA TOTAL CON MICROSENSORES DE Ag Y DE MICROREFERENCIA DE BAJO COSTO SIN PUENTE SALINO.

Alejandro Baeza*, Adrián de Santiago*, Eduardo Galicia*.

**(*)Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México
C.U: México D.F. C.P. 04510**

baeza@servidor.unam.mx

Resumen

En este trabajo se describe la construcción de un microelectrodo sensor de Ag y un microelectrodo de referencia de $\text{Cu}^\circ|\text{Cu(II)}|\text{H}_2\text{O}||$ con materiales de bajo costo integrados directamente a una celda para titulaciones argentométricas con microburetas de 1 mL con microagitador integrado y sin necesidad de puente salino. Se obtienen los volúmenes de punto final potenciométricamente para cuantificación de cloruros solos y en mezclas con yoduros y bromuros.

**Fig. 1. Curva ponderada de titulación potenciométrica
de 0.5 mL de NaCl 0.1020 mol/L con Ag(I) 0.1 mol/L**
 $N = 10$




Figura 2. Gráfico $(\Delta \text{pe}/\Delta v_p) = f(v_p)$ para determinar el punto final de titulación de una disolución de AgNO₃. Como estándar se utilizó 0.5 [mL] de NaCl 0.1020 [F]




Figura 3. Gráfico $\Delta (\Delta \text{pe}/\Delta v_a)\Delta v_a = f(v_a)$ para determinar el punto final de titulación de una disolución de AgNO_3 . Como estándar se utilizó 0.5 [mL] de NaCl 0.1020 [F]






Fig. 4 Gráficos acoplados. Curva ponderada de titulación de mezcla de haluros y curva de valoración de mezclas de halogenuros de plata con el gráfico $\Delta(\Delta p_e / \Delta v_p) \Delta v_p = f(v_p)$







$$K_s = (\text{Ag}^+)(\text{Cl}^-)$$

$$\log(\text{Cl}^-) = f(p\text{Ag})$$

$$(\text{Cl}^-) = K_s / (\text{Ag}^+)$$


$$\log(\text{Cl}^-) = -9.6 + p\text{Ag}$$





$$V_0 = 5 \text{ mL}$$

0.5 mL NaCl 0.1 M



$$Ag^\circ = Ag^+ + e^-$$

$$pe = pKd + \log (Ag^+)$$

